

بیمار گرامی دیالیز صفاقی

در زمان بستری در بیمارستان لازم است این برگه را در اختیار پزشک یا پرستار بخش قرار دهید.

نحوه ی نمونه گیری از محلول دیالیز صفاقی

همکار گرامی

دیالیز صفاقی یکی از روش های جایگزینی کلیه در بیماران مبتلا به نارسایی کلیه می باشد که بیماران توانایی انجام مراقبت های لازم را در منزل دارند.

این بیماران آموزش های لازم را دیده اند و می توانند تعویض محلول دیالیز صفاقی را شخصا یا توسط همراه آموزش دیده انجام دهند. لطفا در زمان بستری در بخش شما، شرایط تعویض محلول را برای ایشان فراهم کنید.

طریقه صحیح گرفتن نمونه از محلول دیالیز

صفاقی

در صورتیکه شکم بیمار خالی از محلول است. لازم است بیمار یک نوبت دیالیز را انجام دهد و پس از ۲-۴ ساعت از ماندگاری محلول در شکم بیمار، می توان نمونه گیری را انجام داد.

وسایل لازم

۱. محیط کشت خون
۲. سرنگ ۵۰ سی سی
۳. سرنگ ۲۰ سی سی
۴. الکل
۵. بتادین
۶. سرسوزن سابر بزرگ به شماره ۱۶ یا ۱۸
۷. دستکش
۸. وسایل تعویض محلول (شامل محلول مصرفی، ظرف الکل، درپوش، دو عدد گیره، ماسک، دستمال کاغذی، که لازم است بیمار این وسایل را، همراه خود داشته باشد)



مراحل گرفتن نمونه جهت کشت محلول

شکمی (به روش استریل)

- ۱- ابتدا محلولی که حداقل ۲-۴ ساعت در شکم باقی مانده است را تخلیه کنید.
- ۲- قسمت لاستیکی سر کیسه خروج محلول دیالیز (پورت) را ابتدا با بتادین و سپس با الکل ضدعفونی کنید.
- ۳- با سرنگ ۵۰ سی سی از محل ضدعفونی شده (پورت) ۵۰ سی سی نمونه گرفته شود.
- ۴- محل تزریق نمونه به داخل محیط کشت را با بتادین و الکل ضدعفونی کنید.





یا من اسم دواء و ذکره شفاء



راهنمای همکاران

نحوه ی نمونه گیری

از محلول دیالیز

صفاقی

کد محتوا: ۱۸۳

<http://www.Alzahra.mui.ac.ir>

تلفن پیام گیر: ۰۳۱-۳۶۲۰۲۰۰۸

ایمیل: a.Salamat@azh.mui.ac.ir

**هیچ گاه جهت تهیه نمونه از سر کاتتر (لوله)
بیمار دیالیز صفاقی، با سرنگ مایع را
نکشید**

**هیچ گاه جهت تهیه نمونه سر سوزن را و
سرنگ را مستقیم به شکم بیمار دیالیز
صفاقی وارد نکنید.**



تهیه کننده: خانم ناصری "کارشناس ارشد پرستاری"

منبع: Hand book Dialysis 2012

مشاور علمی: خانم دکتر صیرفیان "فوق تخصص نفرو لوژی"

طراحی و تدوین: محمود نصر اصفهانی "سوپروایزر آموزش سلامت ۱۳۹۴"

بروز رسانی اقتداری: کارشناس ارشد پرستاری "دفتر آموزش سلامت"

الزهرا (س) اردیبهشت ۱۳۹۹



۵- سرسوزن سرنگ حاوی محلول دیالیز را تعویض کرده و
محلول را وارد محیط کشت نمایید.
مراحل تهیه نمونه جهت شمارش سلولی (cell count
(diff

**بعد از تهیه نمونه جهت کشت می توانید از محل
پورت به میزان ۳-۵ سی سی از محلول
خروجی دیالیز را وارد یک لوله سیترا ته کنید.**

نکته مهم: در مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)

تفکیک نمونه ها توسط واحد آزمایشگاه انجام می شود

فقط سرنگ ۵۰ سی سی حاوی محلول برگشتی با برچسب

و در فواست به آزمایشگاه ارسال شود.

**در صورتی که نیاز به آزمایش محلول دیالیز
داخل شکمی بیماران دیالیز صفاقی باشد، (بدون
انجام Abdominal Tap و آسپیره کردن) از سر
کاتتر، به سادگی می توانید نمونه را تهیه کنید.**

